

JIS試験ふるい JIS Z8801-1(網ふるい)規格表

網目/大きさ	φ 75mm 深さ20mm	φ 100mm 深さ43mm	φ 150mm 深さ45mm	φ 200mm 深さ45mm	φ 300mm 深さ60mm
125mm	X	X	X	○	○
106mm	X	X	X	○	○
90mm	X	X	○	○	○
75mm	X	X	○	○	○
63mm	X	X	○	○	○
53mm	X	X	○	○	○
45mm	X	X	○	○	○
37.5mm	X	X	○	○	○
31.5mm	X	X	○	○	○
26.5mm	X	X	○	○	○
22.4mm	X	X	○	○	○
19mm	X	X	○	○	○
16mm	X	X	○	○	○
13.2mm	X	X	○		○
11.2mm	X	X	○	○	○
9.5mm	X	X	○	○	○
8mm	X	X	○	○	○
6.7mm	X	X	○	○	○
5.6mm	○	○	○	○	○
4.75mm	○	○	○	○	○
4mm	○	○	○	○	○
3.35mm	○	○	○	○	○
2.8mm	○	○	○	○	○
2.36mm	○	○	○	○	○
2.0mm	○	○	○	○	○
1.7mm	○	○	○	○	○
1.4mm	○	○	○	○	○
1.18mm	○	○	○	○	○
1.0mm	○	○	○	○	○
蓋及受器	○	○	○	○	○
蓋のみ	○	○	○	○	○
受器のみ	○	○	○	○	○
中間受器	○	○	○	○	○
深さ40mm追加	○	○	X	X	X
深さ60mm追加	X	X	○	○	-
深さ100mm追加	○	○	○	○	○

網目/大きさ	φ 75mm 深さ20mm	φ 100mm 深さ43mm	φ 150mm 深さ45mm	φ 200mm 深さ45mm	φ 300mm 深さ60mm
850μ m	○	○	○	○	○
710μ m	○	○	○	○	○
600μ m	○	○	○	○	○
500μ m	○	○	○	○	○
425μ m	○	○	○	○	○
355μ m	○	○	○	○	○
300μ m	○	○	○	○	○
250μ m	○	○	○	○	○
212μ m	○	○	○	○	○
180μ m	○	○	○	○	○
*160μ m	○	○	○	○	○
150μ m	○	○	○	○	○
125μ m	○	○	○	○	○
106μ m	○	○	○	○	○
*100μ m	○	○	○	○	○
90μ m	○	○	○	○	○
75μ m	○	○	○	○	○
63μ m	○	○	○	○	○
53μ m	○	○	○	○	○
45μ m	○	○	○	○	○
38μ m	○	○	○	○	○
32μ m	○	○	○	○	○
25μ m	○	○	○	○	○
20μ m	○	○	○	○	○
16μ m	○	○	○	○	○
蓋及受器	○	○	○	○	○
蓋のみ	○	○	○	○	○
受器のみ	○	○	○	○	○
中間受器	○	○	○	○	○
深さ40mm追加	○	○	X	X	X
深さ60mm追加	X	X	○	○	-
深さ100mm追加	○	○	○	○	○

* は、JIS規格ではございません。材質はステンレス製になります。